

Si rende necessaria la **CORREZIONE**, frutto di un mero refuso, a pag. 21 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, nel capitolo 3.2.8 *CAPPE CHIMICHE CON SERVIZI A CRUSCOTTO*.

Il punto:

“Dimensioni massime esterne delle cappe:

- *CAPPA CHIMICA da 120 cm: 120Lx98Px230H mm*
- *CAPPA CHIMICA da 150 cm: 150Lx98Px230H mm”*

Viene sostituito con:

“Dimensioni massime esterne delle cappe:

- *CAPPA CHIMICA da 120 cm: 120Lx98Px230H cm*
- *CAPPA CHIMICA da 150 cm: 150Lx98Px230H cm”*

È necessario precisare che la limitazione all'altezza massima delle cappe chimiche, pari a 230 cm, è stata inserita, in via prudenziale, unicamente a causa della presenza di un ribassamento nel controsoffitto nelle aree di posizionamento delle cappe chimiche che si troverà ad una altezza di circa 250 cm dal pavimento. Tale controsoffitto, allo stato attuale, non è stato ancora realizzato; pertanto, la misura indicata è prettamente cautelativa e l'offerente sarà tenuto a dimostrare che eventuali misure \leq o $>$ 230 cm sono comunque idonee a consentire l'installazione corretta del prodotto proposto.

Il RUP

Firmato Ing. Gian Luca Marucci